



**GS Prüfmodul zur Überprüfung der elektrischen Sicherheit nach  
IEC 62353 / IEC 61010 / VDE 0701-0702  
MPG / MPBetreibV / BetrSichV / DGUV Vorschrift 3**

- ☑ für die sicherheitstechnischen Kontrollen nach MPG
- ☑ für die elektrische Sicherheit allgemeiner Geräte
- ☑ Automatik oder Multimeterbetrieb mit PC-Software
- ☑ direkte und Differenzstrommessung

# Technische Daten

Versorgungsspannung:	85 – 253 V ac, 50 / 60 Hz		Ableitstrom:	0 - 99 $\mu$ A	$\pm 2 \mu$ A bzw.
Nennleistung:	maximal 3,5 kW			100 - 20000 $\mu$ A	$\pm 1 \%$ v. Messwert
Schutzklasse:	1		Differenzstrom:	10 - 20000 $\mu$ A	$\pm 2 \mu$ A bzw.
Messbereiche					$\pm 1 \%$ v. Messwert
Spannungsmessung:	0 - 300 V ac (Eingangswiderstand: 10 MOhm)		Leistung:	1 – 3,5 kW	$\pm 2 \text{ W}$ bzw.
Auflösung:	0,3 V				$\pm 5 \%$ v. Messwert
Schutzleiterwiderstand:	0,00 - 40 Ohm (Prüfspannung 6 V ac, max. 5 A)		Strom:	0 – 16 A	$\pm 50 \text{ mA}$ bzw.
Auflösung:	10 mOhm				$\pm 2,5 \%$ v. Messwert
Isolationswiderstand:	0,2 - 100 MOhm (Prüfspannung 500 V dc, max. 3,5 mA)		Die angegebenen Eigenunsicherheiten beziehen sich auf das jeweilige Messwerk. Die Betriebsmessunsicherheit an den Prüfobjektanschlüssen beträgt $\pm 5 \%$ . Der angezeigte Wert wird entsprechend der Dokumentation / Normenforderung, wenn gefordert, normiert.		
Auflösung:	0,1 – 2 MOhm		Prüfobjektanschlüsse:	1 x Schutzkontakt- Steckdose nach VDE	
Ableitstrom:	0 - 10 mA bzw. 0 – 20 mA			12 x Sicherheitsbuchsen 4 mm für Anwendungsteile, in 3 Gruppen gruppierbar	
Messwiderstand:	1000 Ohm $\pm 1 \%$ bzw. 2000 Ohm $\pm 1 \%$			1 x Sicherheitsbuchse 4 mm für Prüfspitze	
Auflösung:	1 $\mu$ A bzw. 0,2 $\mu$ A			1 x Sicherheitsbuchse 4 mm für PE	
Differenzstrom:	10 $\mu$ A - 20000 $\mu$ A		Zubehör:	1 x Prüfspitze mit Leitung rot, 1 m lang	
Auflösung:	1 $\mu$ A bzw. 0,2 $\mu$ A			1 x Prüfadapter PA-X für Selbstdiagnosetest	
Leistung:	1 – 3,5 kW		Mechanische Daten:	Leichtmetallgehäuse	
Auflösung:	1 W		Abmessungen:	128 x 142 x 240 mm (B x H x T)	
Strom:	0 – 16 A		Gewicht:	ca. 3,4 kg	
Auflösung:	10 mA				
Eigenunsicherheit:	Bereich	Fehler			
Spannung:	0 - 300 V ac	$\pm 0,3 \text{ V}$ bzw. $\pm 1 \%$ v. Messwert			
Schutzleiterwiderstand:	0,00 – 4,9 Ohm	$\pm 0,03 \text{ Ohm}$ bzw.			
	5 - 40 Ohm	$\pm 5 \%$ v. Messwert			
Isolationswiderstand:	0,2 – 4,9 MOhm	$\pm 0,2 \text{ MOhm}$ bzw.			
	bzw.				
	5 – 100 MOhm	$\pm 5 \%$ v. Messwert			

Das GS Prüfmodul SAFE ist ein Mess- und Prüfgerät zur Überprüfung der elektrischen Sicherheit von medizintechnischen Geräten und anderen Verbrauchern in der Haus- und Betriebstechnik. Das GS Prüfmodul SAFE prüft entsprechend den Normen IEC 62353, VDE 0701-0702 und IEC 61010.

Die Prüfung mit diesem Moduleinschub setzt die GS-X Basiseinheit V4 oder V5 und einen PC voraus. Die Durchführung einer Messung wird mit der PC-Software vorgenommen.

Die Messwerte können dann automatisch ermittelt, bewertet und gespeichert werden

Nach dem Einschalten erfolgt eine automatische Erkennung des Versorgungsnetzes. Das Ergebnis der Erkennung wird über Blinkcodes angezeigt.

1 x rot – 115 V TN-System    2 x rot – 230 V TN-System  
3 x rot – 115 V IT-System    4 x rot – 230 V IT-System

## Anschlüsselemente:

Alle Anschlussbuchsen befinden sich leicht zugänglich auf der Frontplatte des Moduls. Neben der Prüfsteckdose gibt es drei Gruppen Anschlussbuchsen für die Patientenanschlüsse bzw. Anwendungsteile des Prüfobjektes, welche unabhängig von einander geprüft werden können.

(Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 12/2020)